



別売品

滅菌綿棒(鼻腔用・鼻咽頭用)

滅菌綿棒(咽頭用)

植毛綿棒で検体採取が容易

鼻腔用・鼻咽頭用

咽頭用



やわらかく、
鼻咽頭まで
入れやすい軸



全長：151mm（持ち手太さ：2.5mm）



持ちやすく、
しっかりした軸



全長：151mm（持ち手太さ：4.4mm）

検体の採取方法

鼻腔用・鼻咽頭用綿棒 鼻咽頭ぬぐい液



滅菌綿棒（鼻腔用・鼻咽頭用）を外鼻孔から鼻腔内にしっかりと挿入し、鼻甲介を数回擦るようにして粘膜表皮を採取します。軸に力をかけて強く擦ったり、無理に回転させたりしないでください。

滅菌綿棒の先を鼻腔に無理にこすりつける必要はありません。

鼻腔用・鼻咽頭用綿棒 鼻腔ぬぐい液



滅菌綿棒（鼻腔用・鼻咽頭用）を鼻腔に沿って2cm程度挿入し、ゆっくり5回程度回転させ5秒程度静置します。患者自身が採取する場合は、鼻出血が起こりやすい部位である点にも配慮し、医療従事者の管理下で実施してください。

咽頭用綿棒 咽頭ぬぐい液



咽頭後部、扁桃、その他炎症部分を擦って咽頭粘液を採取します。滅菌綿棒（咽頭用）が舌、ほほ、歯に触れないように注意してください。

注意点

- 採取量が少ない場合、または適切に検体が採取されていない場合には、正しい検査結果が得られない場合があります。
- 採取量が多い場合には、展開不良や非特異反応などを起こす場合がありますので、過剰量の検体を除去してください。
- 検体の調製および対象品の操作方法については、対象品の電子添文をよくお読みの上、検査を実施してください。
- 力任せに強く擦ると、鼻の粘膜を傷つけることがあります。

株式会社ニチレイバイオサイエンス

製品内容

製品名称	滅菌綿棒（鼻腔用・鼻咽頭用）	滅菌綿棒（咽頭用）
商品コード	518022	518032
JANコード	4987780865332	4987780865325
サイズ	サイズ(外装) 長さ：203mm 幅：110mm 高さ：64.5mm サイズ(本体) 全長：151mm 軸の太さ(持ち手)：2.5mm	サイズ(外装) 長さ：203mm 幅：110mm 高さ：64.5mm サイズ(本体) 全長：151mm 軸の太さ(持ち手)：4.4mm
対象品	イムノファイン™ FLU II、イムノファイン™ SARS-CoV-2、COVID-19 and Influenza A+B抗原コンボテスト「ニチレイバイオ」、COVID-19抗原テスト「ニチレイバイオ」	イムノファイン™ FLU II、イムノファイン™ ストレッパー
包装	50本	50本
貯法	2~30°C	2~30°C
備考	コパン FLOQSwabs (植毛スワブ)	コパン FLOQSwabs (植毛スワブ)
外装		

関連製品

商品コード	JANコード	分類	商品分類	製品名称/承認番号	包装
522111	4987780865936	SARSコロナウイルス抗原キット	体外診断用医薬品	イムノファイン™ SARS-CoV-2 承認番号：30300EZX00072000	10 テスト
NB10-INCP-502	4987780866728	SARSコロナウイルス抗原キット	体外診断用医薬品	COVID-19抗原テスト「ニチレイバイオ」 承認番号：30400EZX00019000	10 テスト
NB-ICIC-525	4987780865479	SARSコロナウイルス抗原キット インフルエンザウイルスキット	体外診断用医薬品	COVID-19 and Influenza A+B抗原コンボテスト「ニチレイバイオ」 承認番号：30300EZX00034000	20 テスト
522101	4987780878554	インフルエンザウイルスキット	体外診断用医薬品	イムノファイン™ FLU II 承認番号：23000EZX00026000	10 テスト
522071	4987780876598	A群ベーダ溶血連鎖球菌抗原キット	体外診断用医薬品	イムノファイン™ ストレッパー 承認番号：22300AMX00503000	10 テスト

製造販売元 **株式会社ニチレイバイオサイエンス**
〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20 TEL. 03(3248)2228

お問い合わせフォーム：<https://nichireibiosciences.co.jp/contactlist/>
ホームページ：<https://nichireibiosciences.co.jp/>