



研究用試薬

ヒストファイン

第一抗体

抗SOX10モノクローナル抗体(BC34) (ヒストステイナー用)

(動物種：マウス)

包装：60テスト(12mL)

Code：718241

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

- 本品は、自動染色装置ヒストステイナー用の試薬 第一抗体である。
- 特異性および抗原分布：ヒトSOX10 (Sry-related HMG-Box gene 10) タンパクと特異的に反応する。SOX10は、神経堤および末梢神経系やメラニン色素産生細胞の発達に重要な役割を持つ転写因子である⁽⁶⁾。正常では、メラニン色素産生細胞、シュワン細胞、オリゴデンドログリア細胞(乏突起膠細胞)、気管支腺・唾液腺・乳腺の筋上皮細胞などの核に反応がみられる^{(1),(3),(4),(6)}。腫瘍では、悪性黒色腫や末梢神経鞘腫瘍・神経膠腫・唾液腺腫瘍・乳癌の一部などにおいて反応がみられる^{(3),(4),(5),(6),(7)}。特に悪性黒色腫、末梢神経鞘腫瘍に、感度・特異性が高く、これらの腫瘍の判定に有用である^{(1), (2), (4), (6), (7)}。
注) SOX10が発現している細胞では、核の他に細胞質に弱い染色がみられる場合がある。

■クローン名：BC34

■抗体のサブクラス：IgG1

■免疫原：SOX10 タンパク

■製法：培養上清よりアフィニティー精製して得ている。

1. 内容

第一抗体・・・抗SOX10モノクローナル抗体(BC34) (動物種：マウス)。

液状。

ウシ血清アルブミン(BSA)と0.1%アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝生理食塩水(PBS)にて、即時使用可能な抗体濃度に希釈済み。

1バイアル中に12mLを含む。

2. 使用目的

組織・細胞中のSOX10の染色。

3. 切片の準備

前処理(抗原賦活化)としてヒストファイン 抗原賦活化液pH9 (Code:415201またはCode:415211)を用いたオートクレーブ処理が必要である(裏面参照)。

■参考：組織の固定条件等により前処理(抗原賦活化)としてヒストファイン 抗原賦活化液pH9(Code:415201またはCode:415211)を用いた温浴処理で良好な染色結果が得られる場合がある。(裏面の■参考参照)

4. 使用方法

パラフィン包埋切片の免疫組織化学および免疫細胞化学染色に使用できる第一抗体である。

1) 他の試薬とともに試薬ラック(ヒストステイナー用)にセットし、染色を開始する。

2) 染色終了後、すみやかに2-8℃に保存する。

5. 染色方法の設定

反応時間を30分間とする。

試薬バーコードラベルを使用する場合は、自動染色装置ヒストステイナーのプログラムにバーコードラベル情報を入力する必要がある。本製品が未登録の場合は、下記データを入力(漢字のみ全角、他半角入力)し、登録すること。

専用ボトルに貼付されているバーコードラベル内の情報

試薬名	抗SOX10モノクローナル抗体(BC34)
試薬略称(10文字)	SOX10-MM
バーコード	SOX10-MM
時間(分)	30

6. 貯法および使用上の注意

1. 2-8℃保存。
2. 使用期限はラベルに記載されているので使用前に確認すること。
3. 使用前に室温に戻すこと。
4. 使用後は速やかに冷蔵保存すること。
5. 異なるロットの試薬や他製品の試薬を混ぜたりしないこと。

7. 取扱上(危険防止)の注意

1. 使用期限の過ぎた試薬は使用しないこと。
2. 本製品に関する安全情報は安全データシートを参照すること。
3. 本品を吸い込んだり、眼、口、皮膚、衣類などへの接触を避けること。
4. 本製品の廃棄の際には、各施設や地域および国のルールに従い、適切に廃棄すること。
5. 本品は、動物由来成分を含むので、取扱に注意が必要である。
6. アジ化ナトリウムは有毒化学薬品である。本製品の含有量は危険なものとして分類されないが、蓄積されたアジ化ナトリウムは爆発性の金属アジ化物として形成され、水道管に含まれる銅、鉛と反応する可能性がある。そのようなリスクを避けるために大量の水とともに洗い流すこと。
7. ヒト由来の検体は、取扱者に感染をひき起こす危険性がある。従って、適切な取扱および廃棄法を用いるとともに、この免疫組織(細胞)化学染色法を施行するに際し、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならない。

8. 参考文献

- (1) Nonaka D, et al. Am J Surg Pathol. 32(9):1291-8. 2008
- (2) Karamchandani JR, et al. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 20(5):445-50. 2012
- (3) Cimino-Mathews A, et al. Hum Pathol. 44(6):959-65. 2013
- (4) Ordóñez NG. Adv Anat Pathol. 20(4):275-83. 2013
- (5) Mohamed A, et al. Appl Immunohistochem Mol Morphol. 21(6):506-10. 2013
- (6) Tacha D, et al. Arch Pathol Lab Med. 139(4):530-6. 2015
- (7) Miettinen M, et al. Am J Surg Pathol. 39(6):826-35. 2015

■ 研究用としてのみ使用すること。

■ 切片の準備

1. 50℃で十分に湯伸ばしした切片(3-4μm厚)をシランなどのコーティングスライド上に貼り付け、37℃の恒温器内で16時間以上乾燥させる。
2. 脱パラフィン → 親水化 → PBS
3. 前処理(抗原賦活化): オートクレーブ処理
 - ① 緩衝液(下記記載)を耐熱性バットに入れ、切片を浸す。
 - ② バットに蓋をする。蓋が取れないように輪ゴムでとめる。
 - ③ 120℃、20分間オートクレーブ処理する。
 - ④ 圧力が十分下がった後、バットごと切片を取り出す。
 - ⑤ バットの蓋をはずし、バットごと切片を常温に20分以上放置し、ゆっくり熱を冷ます。※オートクレーブ処理後は、バットおよび緩衝液等が高温になっている。これらを取り扱う際は、手袋等を使用し火傷に注意する。
- ⑥ スライドを緩衝液から取り出し、PBSまたはバッファーでよくすすぐ(3分間ずつ容器を2度かえるか、または洗浄ビンを使用する)。

・ 抗原賦活化液pH9の作り方

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Code : 415201 抗原賦活化液pH9 (調製済)は、そのまま用いる。• Code : 415211 抗原賦活化液pH9 (10倍濃縮)は、精製水で10倍希釈する。 |
|---|

■ 参考: ヒストファイブ 抗原賦活化液pH9 (Code:415201またはCode:415211)を用いた温浴処理を用いる場合(おもて面の■参考参照)

前処理(抗原賦活化): 温浴処理

- ① 温浴槽をあらかじめ95-99℃に温めておく。以下の操作を行うにあたり、軍手等を用いて高温に気をつける。
 - ② 緩衝液(上記記載)を調製し、耐熱性染色バットに入れて蓋をする。これを温浴槽に入れ、95-99℃に温める。(バットは温浴終了まで、水分蒸発を防ぐため、蓋をしておく。)
 - ③ ②の緩衝液が95-99℃に達したら、スライドを緩衝液に浸漬させ、ゆるくふたをする。
 - ④ 緩衝液の温度が再び95-99℃まで上昇したことを温度計で確認してから、40分間、95-99℃でインキュベートする。
 - ⑤ 染色バットを温浴槽から取り出し、蓋をはずす。スライドを浸したまま常温(15-25℃)で20分間放置しゆっくり熱を冷ます。
- ※温浴処理後は、バットおよび緩衝液等が高温になっている。これらを取り扱う際は、手袋等を使用し火傷に注意する。
-
- ⑥ スライドを緩衝液から取り出し、PBSでよくすすぐ(3分間ずつ容器を2度かえるか、または洗浄ビンを使用する)。