



HISTOFINE

*2023年 7月改訂(第2版)
2018年 8月作成

研究用試薬

ヒストファイン

抗原賦活化液

TR-pH9(AT用)

包装 : 300 テスト (12.5mL × 12 本) Code : AT1534-1

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

■本品は、自動染色装置ヒストスティナーAT用の試薬である。

1. 内容

抗原賦活化液。

液状。

即時使用可能な溶液に調製済。

1バイアル中に12.5mLを含む。12バイアルで構成されている。

*2. 使用目的

本品は、ホルマリン固定パラフィン包埋切片の免疫染色において、抗原性を賦活する目的で行う前処理に使用する。
研究用としてのみ使用すること。

*3. 使用方法

本品は、ヒストスティナーATのソフトウェア上では、試薬名「TRpH9-AT」と登録されている。

- 1) 他の試薬とともに試薬ラック(AT用)にセットし、染色を開始する。
- 2) 染色終了後、すみやかに2-8°Cに保存する。

4. 染色方法の設定

ヒストファイン 第一抗体の各使用説明書を参照すること。

5. 貯法及び使用上の注意

1. 2-8°C保存。
2. 使用期限はラベルに記載されているので使用前に確認すること。
3. 使用後は速やかに冷蔵保存すること。
4. 異なるロットの試薬や他製品の試薬を混ぜたりしないこと。

*6. 取扱い上(危険防止)の注意

1. 使用期限の過ぎた試薬は使用しないこと。
2. 本品に関する化学物質の安全情報は安全データシート(SDS)を参照すること。
3. 本品を吸い込んだり、眼、口、皮膚、衣類などへの接触を避けること。
4. 本品の廃棄の際には、各施設や地域別のルールに従い、適切に廃棄すること。
5. ヒト由来の検体は、感染の恐れがあるので適切な取扱い及び廃棄法を用いるとともに、免疫染色又は*in situ*ハイブリダイゼーションを実施するにあたって、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならぬ。