体外診断用医薬品　ご使用の前に必ず電子添文をお読みください。


承認番号：30800EZX00015000

SARSコロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット

イムノファイン™ SARS-CoV-2/FluA+B


【操作方法】テストプレートおよび抽出液入りスクイズチューブは室内温度(15～30℃)に戻してからご使用ください。

検体の調製方法



測定法

スクイズチューブの検体抽出液を、テストプレートの検体滴下部に3滴、滴下します。
フィルターチップが検体滴下部に触れないように、垂直に滴下してください。



判定方法（判定時間5分）




検体抽出液を滴下してから判定時間（5分）内に判定部 r にラインが認められない場合。
判定部 A、B、S に指定色以外のラインが認められた場合。

※判定部 r、S、B、A のラインの出現の有無を目視にて確認してください。
詳細は、電子添文内の「測定結果の判定法」を参照してください。

【検体の採取方法】

鼻咽頭ぬぐい液



キット付属の滅菌綿棒 (鼻腔用・鼻咽頭用) を外鼻孔から鼻腔内にしっかり挿入し、鼻甲介を数回擦るようにして粘膜表皮を採取します。
軸に力をかけて強く擦ったり、無理に回転させたりしないでください。滅菌綿棒の先を鼻腔に無理に擦り付ける必要はありません。

注）本キットを用いて測定できる検体種は鼻咽頭ぬぐい液のみです。鼻腔ぬぐい液検体は使用できません。

出典：イムノファイン™ SARS-CoV-2/FluA+B 電子添文より

製造販売元 株式会社ニチレイバイオサイエンス
〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20

【問い合わせ先】株式会社ニチレイバイオサイエンス
問い合わせフォーム：https://nichireibiosciences.co.jp/contactlist/
問い合わせ電話番号：03-3248-2228
問い合わせ受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）
ホームページ：https://nichireibiosciences.co.jp

522131_OC_202608-1